

**Техническая спецификация на фильтр лабораторный для фильтрации суспензий
(Лот 1)
Общие требования**

№, п/п	Наименование товара, работы, услуги	Краткая характеристика товара, работы, услуги	Требуемая характеристика товаров, работ или услуг/дополнительная характеристика/особые условия/порядок приемки
1	Фильтр лабораторный для фильтрации суспензий	Предназначен для фильтрации суспензий в лабораторных условиях в периодическом режиме.	Давление сжатого воздуха, кг/см ² – не менее 8; Количество сменных стаканов для фильтрации, шт – 6; Емкость фильтровальных стаканов, л – 0,5; 1,04 2,0; Габаритные размеры, мм не менее 560х390х530; Компрессор -1.
1.1	Сгуститель		Диаметр, мм – не более 700; Высота, мм – не более 430; Мощность привода, кВт – в пределах 0,15-2,0; Число оборотов гребков, об/мин – в пределах 0,2-1,0; Габаритные размеры, мм не менее 825х773х1400. Должен быть оснащен пультом управления.
1.2	Установка для отстаивания и фильтрации	Предназначена для отстаивания и фильтрации суспензий в лабораторных условиях и состоит из двух агрегатов: сгустителя и фильтра.	1

Ректор

Руководитель программы



Шаймарданов Ж.К.

Оналбаева Ж.С.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.