

Зертханалық индукциялық пешке техникалық сипаттама

(Лот2)

Жалпы талаптар

№, р/с	Тауар, жұмыс, қызметтің атауы	Тауар, жұмыс, қызметтің қысқаша сипаттамасы	Тауар, жұмыс, қызметтің қажетті сипаттамасы / қосымша сипаттамасы / ерекше жағдайлар / қабылдау реті
1	Зертханалық индукциялық пеш.	Т.сті және қара металдарды, қорытпаларды балқытуға арналған.	Қуаты 15 кВт артық емес. Металды тиеу 4 – 10 кг шегінде. Қамтамасыз етілуі керек – пешті еңкейту құрылғысымен жиынтықта болатын балқыту торабы; СЧВ типті орташа жиілікті жоғары вольтты индукциялық қыздырғыш; сумен суытылатын конденсаторлық батарея блогы; чиллер; блокаралық байланыстыратын кабельдер, сумен суытылатын тоқеткізгіштер.

Ректор

Жоба жетекшісі



Шаймарданов Ж.К.

Куленова Н.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн.