

Техническая спецификация на титановый лист для изготовления медицинского имплантата для хирургии

(Лот 1)

Деформируемый титановый сплав, содержащий 6-алюминия, 7-ниобия.

Химический состав титанового листа должен соответствовать требованиям к химическому составу, указанному в таблице:

Элемент	Предельные значения содержания компонентов, % (моль/моль)
Алюминий	от 5,5 до 6,5
Ниобий	от 6,5 до 7,5
Тантал	максимум 0,50
Железо	максимум 0,25
Кислород	максимум 0,20
Углерод	максимум 0,08
Азот	максимум 0,05
Водород	максимум 0,009
Титан	Остальная часть

Толщина листа: не более 13 мм.

Ширина листа: не более 445 мм.

Длина листа: не более 1225 мм.

Условия: Поставщик обязуется предоставить сертификат качества и необходимую документацию по запросу заказчика. Поставщик обязан выполнить резку металла по размерам, данным заказчиком и предоставить материал в виде детали и с остальными частями листа. Доставка товара (титановых деталей и остальных частей листа) осуществляется за счет поставщика на склад заказчика.

Детали для резки:

1) 165 мм * 23 мм – 10 шт.

2) 60 мм * 47 мм – 10 шт.

Цена за 1 см³ металла 160 тенге

За услуги порезки 80 000 тенге

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки услуги: 15 календарных дней с момента подписания договора

И.о ректора

Руководитель программы



С.Ж. Рахметуллина

О.Е. Бакланова