

**Хирургия үшін медициналық имплантатты өндіруге арналған титан табақтарына
техникалық ерекшелігі
(Лот 1)**

Жалпы талаптар

Хирургия үшін медициналық имплантатты өндіруге арналған титан табақтарын сатып алудың техникалық сипаттамасы.

6-алюминий, 7-ниобий бар деформацияланатын титан қорытпасы.

Титан парағының химиялық құрамы кестеде көрсетілген химиялық құрамы бойынша талаптарға сәйкес келуі керек.

Элемент	Компоненттердің болуының шекті мәндері, % (моль/моль)
Алюминий	от 5,5 до 6,5
Ниобий	от 6,5 до 7,5
Тантал	0,50 – ден артық емес
Железо	0,25 – тен артық емес
Кислород	0,20 – дан артық емес
Углерод	0,08 – ден артық емес
Азот	0,05 – тен артық емес
Водород	0,009 – дан артық емес
Титан	Қалған бөлігі

Қалыңдығы: 13 мм аспайды.

Ені: 445 мм-ден аспайды.

Ұзындығы: 1225 мм-ден көп емес.

Шарттары: Жеткізуші тапсырыс берушінің талабы бойынша сапа сертификатын және қажетті құжаттарды ұсынуға міндеттенеді. Өнім беруші берілетін өлшемдерге сәйкес металлды кесуге және материалды бөлік түрінде және парақтың қалған бөлігімен жеткізіп беруге міндетті. Тауарды (титан бөліктері және басқа бөліктерімен) тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу жеткізуші есебінен жүзеге асырылады.

Бөліктердің өлшемі:

- 1) 165 мм * 23 мм – 10 дана;
- 2) 60 мм * 47 мм – 10 дана.

Металлдың 1 см³ үшін бағасы 160 тенге.

Кесетін қызметтер үшін 80 000 тенге

ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Баға DDP шарты бойынша ҚҚС есебімен көрсетілген (сатып алушыға жеткізу және барлық ықтимал төлемдерді, салықтар мен алымдарды қамтиды) Өскемен қаласы.

Төлем шарттары: жеткізілгеннен кейін.

Қызметті жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

И.о ректора

Бағдарлама жетекшісі



С.Ж. Рахметуллина

О.Е. Бакланова