

Расчет размеров заготовок для имплантатов.

– Размер заготовки одной пластины для плечевой кости (каталожный номер: 3.4034.505) с учетом припусков и допусков на отклонение должен быть: толщина/ширина/длина: **12/23/165 мм.**

– Размер заготовки одной пластины дистанцирующей для большеберцовой кости, модифицированная НИИТО с учетом припусков и допусков на отклонение должен быть: толщина/ширина/длина: **12/47/60 мм.**

Для изготовления вышеуказанных имплантатов по 10 штук необходим лист толщиной не менее 12мм. Длина/ширина не менее 340/280.

Лист из титанового сплава ВТ6 по ISO 5832 тол./шир./длин. 12*340*280




Рисунок 1. Карта расположения заготовок